

湖南省益阳市资阳区市场监督管理局
食品生产监督检查结果记录表

编号：2023-1-106203

名称	益阳市资阳区益源山泉水有限公司	经营地址	湖南省益阳市资阳区长春镇新源村安置区
联系人	王小院	联系方式	187*****28
许可证号	SC1*****	检查次数	本年度第1次检查

检查内容：
益阳市资阳区市场监督管理局检查人员根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品销售经营日常监督检查管理办法》的规定，于2023年03月21日对你单位进行了监督检查。本次监督检查按照表《(总局49令)食品生产监督检查要点表(不包含特殊食品)》开展，共检查了45项内容，其中：重点项21项，项目序号分别是1.1.1.2.2.2.3.1.3.2.4.1.4.3.4.4.4.5.4.6.6.3.6.4.9.1.9.2.9.3.9.4.9.5.10.2.11.1.11.3.11.5，重点项发现问题0项，项目序号分别是；一般项24，项目序号分别是2.1.2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.2.8.3.3.4.7.4.9.6.1.6.2.6.5.7.1.10.1.11.2.11.4.11.6.14.1.15.1.2.10.2.11.4.10.4.11，一般项发现问题4项，项目序号分别是2.8.6.1.7.1.2.10。

检查结果：
本次检查发现不符合项4项，其中：
重点项0项，项目序号分别是：
一般项4项，项目序号分别是：2.8.6.1.7.1.2.10

结果处理：
☐通过检查 ☒责令整改 ☐调查处理

说明：
2.10：纱窗缝隙较大或有破损。；
2.8：未定期维护保养或检修。；
6.1：检验仪器设备未按期检定或校准。；
7.1：通风、温湿度等贮存条件不符合要求。

检查人员（签名）：  2023年03月21日	被检查单位意见：无意见 法定代表人或负责人： 王小院 2023年03月21日
---	---